

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

GingiTrac™ Retraction System

REF 360040 GingiTrac Starter Kit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Regular-Size Refill Kit
REF 360046 GingiCap Large-Size Refill Kit

Instructions for Gingival Retraction

1. Prepare the tooth as normal.
2. If excessive bleeding, use a hemostatic/astringent agent.
3. For Single Tooth Preparation: Select appropriate size GingiCap, then proceed to Step 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Purge the GingiTrac Matrix cartridge without the mixing nozzle to ensure that both the catalyst and base are being equally expressed, and then attach the mixing nozzle.
- Express GingiTra c Matrix into a plastic tray and place over the prepared teeth. Use a cotton roll on the opposite side to prevent full closure. Matrix will set in 30 seconds.
- Remove from the mouth, rinse and dry.
5. Attach the mixing nozzle to the GingiTrac Retraction cartridge, express a “pea-sized” amount and discard. This is to ensure that the catalyst and base are being mixed thoroughly.
6. Syringe the GingiTrac Retraction material directly around the tooth preparations’ margin using the included dispensing tip.
7. Fill the GingiCap or matrix with GingiTrac Retraction material and place back over the preparation.
8. Have patient close with firm but not excessive pressure. Wait 3 to 5 minutes, depending on the amount of bleeding or oozing for complete set and retraction.
9. Remove the set GingiTrac. Check for complete retraction. If needed, repeat steps 8 and 9.
10. If necessary, gently rinse and dry the prepared teeth. You are now ready to take your standard impression.

- Do not use the GingiTrac™ as a final impression.
- Leave mixing nozzles on cartridges until next use.
- Cartridges require DS50 4:1/10:1 mixing gun.
- Do not handle either material with latex or rubber gloves.

NEDERLANDS

GEbruIKSAANWIJZING:

GingiTrac™ Retractsysteem

REF 360040 GingiTrac Starterkit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Navulkit formaat Regular
REF 360046 GingiCap Navulkit formaat Large

Instructies voor gingivale retractie.

1. Prepareer de tand zoals gebruikelijk
2. Gebruik in geval van overmatig bloeden een hemosta-tisch/adstringerend middel.
3. Kies het juiste formaat GingiCap en ga verder met stap 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Reinig de GingiTrac Matrix cassette zonder het mengstuk om er zeker van te zijn dat zowel de base als de katalysator in dezelfde mate wor-den uitgeperst, en bevestig vervolgens het mengstuk.
- Pers GingiTrac™ Matrix in een plastic tray en plaats hem over de geprepareerde tanden. Gebruik een wattenrol aan de tegen-overliggende kant om volledige sluiting te voorkomen. De Matrix wordt hard in 30 seconden.
- Uit de mond verwijderen, spoelen en drogen.
5. Bevestig het mengstuk aan de GingiTrac Retraction cartridge, spuit een zeer kleine hoeveelheid en verwijder dit. Dit garandeert een goed mengsel van de katalysator en de base.
6. Spuit het GingiTrac retractoriemateriaal door middel van de bijgeleverde doseertip direct rondom de rand van de geprepareerde tand.
7. Vul de GingiCap of de matrix met GingiTrac retractoriemateriaal en plaats deze over de preparatie.
8. Vraag de patiënt om zijn/haar mond stevig maar zonder overmatige druk te sluiten. Wacht 3 tot 5 minuten, afhankelijk van de mate van bloeding of vochtscheiding voor complete verharding en retractie.
9. Verwijder de verharde GingiTrac. Controleer op complete retractie. Herhaal zo nodig stap 7 en 8.
10. Indien nodig, de geprepareerde tanden zachtjes spoelen en dro-gen. U bent nu klaar om een standaardafdruk te nemen.

- Gebruik de GingiTrac™ niet als definitieve afdruk.
- Laat mengstukken op de cassettes tot u ze de volgende keer gebruikt.
- Cassettes vereisen DS50 4:1/10:1 mengpistool.
- materialen niet met latex of rubber handschoe nen.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI :

GingiTrac™ Système de Rétraction

REF 360040 GingiTrac starterkit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Trousse de recharge Regular
REF 360046 GingiCap Trousse de recharge Large

Instructions pour la rétraction gingivale

1. Préparer la dent de la manière habituelle.
2. En cas de saignement excessif, utiliser un agent hémostatique-astringent.
3. Sélectionner la taille correcte de GingiCap et passer à l'étape 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Purger la cartouche GingiTrac™ Matrix sans l'embout mélangeur pour vérifier que le catalyseur et la base sont exprimés en quan-tités égales, puis fixer l'embout mélangeur.
- Exprimer GingiTrac™ Matrix dans un plateau en plastique et plac-er sur les dents préparées. Utiliser un rouleau de coton sur le côté opposé pour empêcher la fermeture complète. La matrice durcit en 30 secondes. Retirer de la bouche, rincer et sécher.
5. Attacher l'embout mélangeur à la cartouche de GingiTrac Rétraction, exprimer une très petite quantité et enlever pour garantir un bon mélange du catalysateur et la base.
7. Remplir le GingiCap ou la matrice avec matériau de GingiTrac Rétraction et placer sur la dent/les dents préparée(s).
8. Demander au patient de refermer la bouche avec une pression ferme mais non excessive. Attendre 3 à 5 minutes pour une rétraction et un durcissement complets, en fonction du saigne-ment ou du suintement.
9. Retirer le GingiTrac™ durci. Vérifier la rétraction complète. Au besoin, répéter les étapes 7 et 8.
10. Au besoin, rincer et sécher délicatement les dents préparées. Une empreinte standard peut maintenant être réalisée.

- Ne pas utiliser GingiTrac™ comme empreinte finale.
- Laisser les embouts mélangeurs sur les cartouches jusqu'à la prochaine utilisation.
- Les cartouches nécessitent un pistolet mélangeur DS50 4:1/10:1.
- Ne pas manipuler les matériaux avec des gants en latex ou en caoutchouc.

DEUTSCH

GEBRAUCHSANLEITUNG:

GingiTrac™ Retraktions-System

Art. Nr. 360040 GingiTrac Starterpack Plus
Art. Nr. 360027 GingiTrac Matrix Nachfüllpackung
Art. Nr. 360028 GingiTrac Nachfüllpackung
Art. Nr. 360045 GingiCap Nachfüllpackung, normal
Art. Nr. 360046 GingiCap Nachfüllpackung, groß

Anleitung für Gingiva-Retraktion:

1. Zahn wie gewohnt vorbereiten.
2. Bei starkem Bluten blutstillendes Mittel auftragen.
3. Retraktion am Einzelzahn: Gingicap in passender Größe auswählen, dann weiter mit Schritt 5.
4. Retraktion an mehreren Zähnen;
Geringe Materialmenge ohne Mischdüse aus der GingiTrac Matrix Kartusche ausdrücken, damit Katalysator und Base gleichmäßig fließen, dann Mischdüse aufsetzen.GingiTrac Matrix auf festen Abformlöffel geben und auf die vorbereiteten Zähne legen. Watterolle auf gegenüberliegende Seite legen, um vollständiges Schließen zu verhindern. Matrix bindet in 30 Sekunden ab. Aus dem Mund nehmen, abspülen und trocknen.
5. Mischdüse auf GingiTrac Retraktions-Kartusche aufsetzen, geringe Materialmenge ausdrücken, damit Katalysator und Base gleichmäßig fließen, ausgedrücktes Material entsorgen.
6. Mitgelieferten Applikationstip auf die Mischdüse aufsetzen. Das GingiTrac Retraktionsmaterial mit der Kartusche direkt auf den Gingivasaum/Rand der Präparation auftragen.
7. Gingicap bzw. Matrix mit Gingitrac Retraktionsmaterial befüllen und auf vorbereiteten Zahn/Zähne legen.
8. Den Patienten nun zubeißen lassen (nicht zu fest!) und (je nach Blutung) etwa 3 bis 5 Minuten warten bis vollständig abgebunden und Retraktion erreicht ist.
9. Das abgebundene GingiTrac Retraktionsmaterial entfernen. Auf voll-ständige Retraktion überprüfen. Falls erforderlich, können Schritte 7. und 8. wiederholt werden.
10. Der vorbereitete Zahn kann leicht abgespült und getrocknet werden. Die Abformung kann nun beginnen.

- GingiTrac™ ist nicht als Abdruckmaterial geeignet
- Mischdüse bis zum nächsten Einsatz auf der Kartusche lassen
- Für die Kartuschen ist eine Automischpistole DS50 (4:1/10:1) erforderlich
- Beim Verarbeiten von GingiTrac™ keine Gummi- oder Latex-handschuhe benutzen

GingiTrac™ MATRIX MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECTION I - PRODUCT/ COMPANY IDENTIFICATION
Product: Trade Name: GingiTrac Matrix
Part (Item) Number: REF 360040, REF 360027
Manufacturer: CENTRIX INC
Address: 770 RIVER ROAD, SHELTON, CT 06484
Emergency Telephone Number: Toll-Free (800)235-5862, (203)929-5582
SECTION II - HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION
Chemical Family: Addition Silicone (Vinyl Terminated Polysiloxane)
Hazardous Components: None
SECTION III - HAZARDS IDENTIFICATION
HAZARD CLASSIFICATION: Non Hazardous
SECTION IV - FIRST AID MEASURES
Skin: Non applicable
Ingestion: Small quantities will pass through system. Consult a physician.
Inhalation: Non applicable
Eyes: Flush immediately with plenty of water. If irritation persists, see eye doctor.
SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES
Suitable extinguishing media: Waterspray, foam, powder, carbon dioxide
Unusual fire and explosion hazards: Material can burn generating irritating gases
Specific intervention methods: Appropriate protective equipment must be worn in case of fire
SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Recovery: Collect in a suitable container for disposal
Cleaning/Decontamination: Wipe up any affected area with absorbent material
Disposal: Dispose of material in accordance with local, state, and federal equipment
SECTION VII - HANDLING AND STORAGE
Handling: Handling with latex or rubber gloves may inhibit set. Use only vinyl gloves.
Storage Containers: Store in supplied packaging
Storage Incompatibilities: Strong oxidizing agents
Storage Other precautions: Store away from heat sources. Temperature will affect set time.
SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION
General measures: None required
Eye protection: None required
Hands protection: None required
SECTION IX - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Appearance: Purple base/white catalyst, viscous fluid
Vapor pressure: < 5 mm Hg @ 25 °C
Odor: Odorless
Water solubility: Insoluble in water
Boiling point: > 150°C
Specific gravity: > 1
Flash point: > 450°F (material will ash)
SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY
Stability: Stable
Materials to avoid: No dangerous reactions known
Hazardous decomposition products: None to our knowledge
SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION
Acute toxicity: Non-toxic
Eye contact: Eye irritant
SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION
Environmental fate: No data available
Degradability: Non-biodegradable
Ecotoxicity: Impact on aquatic environment: No data available. No affect anticipated.
SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS
Dispose in accordance with federal, state and local regulations
SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION
DOT: not regulated
SECTION XV - REGULATORY INFORMATION
Federal - SARA title III section 313: This product does not contain any substance subject to reporting requirements at or above deminimis quantities.
Federal - TSCA: All components are either listed or otherwise comply with requirements
International - DSL (Canada): All ingredients are listed on the Canadian Domestic Substance List (DSL)
International - WHMIS (Canada): Not a "controlled product" under the Canadian Workplace Hazardous Materials
Information System- (WHMIS)
SECTION XVI - OTHER INFORMATION
None.
CAUTION: PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.

Centrix Incorporated

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
Tel (203) 929-5582 Toll Free (800) 235-5862
Fax (203) 929-6804

Centrix Europe

Hauptstrasse. 64 B, 65719 Hofheim, Germany

centrix

Making Dentistry Easier.™



Centrix
GingiTrac™ Matrix

Hands-Free Gingival Retraction System

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

GingiTrac™ Sistema per la Retrazione Gingivale

REF 360040 Kit per iniziare GingiTrac™
REF 360028 Kit ricarica GingiTrac™
REF 360027 Kit ricarica GingiTrac™ Matrix
REF 360045 Kit ricarica dimensioni regolari GingiCap
REF 360046 Kit ricarica dimensioni grandi GingiCap

Istruzioni per la retrazione gengivale

1. Preparare i denti seguendo le tecniche convenzionali.
2. In caso di eccessivo sanguinamento applicare un emostatico o astringente.
3. Per la preparazione di un singolo dente: selezionare il GingiCap di misura appropriata e procedere all'operazione 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Spurgare la cartuccia del GingiTrac Matrix senza il puntale di miscelazione per garantire che catalizzatore e base vengano spremuti in misura uguale, quindi collegare il puntale di miscelazione.
Spremere la GingiTrac Matrix su un vassoio in plastica e appoggiarla sui denti preparati. Posizionare un dischetto di cotone sul lato opposto per evitare l'occlusione completa. La matrice si indurisce in 30 secondi. Rimuovere, risciacquare e asciugare.
Fissare il puntale di miscelazione alla cartuccia per retrazione GingiTrac, spremere un quantità di prodotto (grande come un pisello) ed eliminarla. Questo assicura che il catalista e la base vengano miscelati accuratamente.
5. Erogare con la siringa il materiale per retrazione GingiTrac direttamente attorno al margine delle preparazioni dei denti usando la punta di erogazione in dotazione.
6. Riempire il GingiCap o la matrice di materiale per retrazione GingiTrac e riposizionare sopra la preparazione.
7. Invitare il paziente a chiudere con una pressione decisa ma non eccessiva.
8. Attendere dai 3 ai 5 minuti, a seconda dell'entità del sanguinamento o dell'essudazione, affinché l'indurimento e la retrazione siano completi.
9. Rimuovere il GingiTrac™ indurito. Verificare la completa retrazione. Se necessario, ripetere le operazioni 7 e 8.
10. In caso di necessità, risciacquare e asciugare delicatamente i denti preparati. A questo punto è possibile prendere l'impronta standard.

- Non utilizzare il GingiTrac per la presa di impronte definitive.
- Lasciare i puntali di miscelazione sulle cartucce fino al successivo utilizzo.
- Le cartucce richiedono l'impiego di una pistola di miscelazione DS50 4:1/10:1.
- Non manipolare i materiali con guanti in lattice o in gomma.

PORTUGUESE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

GingiTrac™ Sistema de Retracção

REF 360040 Kit de Iniciação GingiTrac™
REF 360028 Kit de Reabastecimento GingiTrac™
REF 360027 Kit de Reabastecimento GingiTrac™ Matrix
REF 360045 Kit de Reabastecimento GingiCap, tamanho médio
REF 360046 Kit de Reabastecimento GingiCap, tamanho grande

Instruções para retracção gengival

1. Prepare o dente de acordo com as técnicas habituais
2. Se ocorrer um sangramento excessivo, use um agente hemostático ou adstringente
3. Para preparação de um único dente: Seleccione o GingiCap do tamanho apropriado e, em seguida, prossiga para o passo 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Purgue o cartucho GingiTrac Matrix sem o bocal misturador para se certificar de que o agente catalítico e a base são misturados em quantidades iguais e, seguidamente, adapte o bocal misturador. Esprema GingiTrac Matrix para um tabuleiro de plástico e coloque o produto sobre os dentes preparados. Posicione um rolo de algodão no lado oposto para evitar o encerramento completo das mandíbulas. O produto Matrix endurecerá em 30 segundos. Retire da boca, enxagúe e seque.
5. Adapte o bocal misturador ao cartucho GingiTrac Retraction, esprema uma pequena quantidade (do tamanho de uma ervilha) e deite fora. Este procedimento serve para garantir que o agente catalítico e a base são devidamente misturados.
6. Coloque o material GingiTrac Retraction com uma seringa directamente à volta da margem de preparação do dente, usando a ponta de dispensação incluída.
7. Encha o GingiCap ou matriz com material GingiTrac Retraction e coloque novamente sobre a preparação.
8. Peça ao paciente para fechar as mandíbulas com uma pressão firme mas não excessiva. Aguarde 3 a 5 minutos, dependendo da quantidade de sangramento ou exsudação, para um endurecimento completo e retracção
9. Retire o GingiTrac endurecido. Confirme a retracção completa. Se necessário, repita os passos 7 e 8.
10. Se necessário, irrigue e seque suavemente os dentes preparados. Neste momento está pronto a fazer o molde padrão.

- Não utilize GingiTrac como molde final.
- Mantenha os bocais misturadores nos cartuchos até à próxima utilização.
- Os cartuchos requerem uma pistola misturadora DS50 4:1/10:1.
- Não manuseie nenhum material com luvas de borracha ou látex.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE:

GingiTrac™ Sistema de Retracción

REF 360040 GingiTrac starterkit
REF 360028 Kit de Repuesto GingiTrac™
REF 360027 Kit de Repuesto GingiTrac™ Matrix
REF 360045 GingiCap Kit de Repuesto Regular
REF 360046 GingiCap Kit de Repuesto Grande

Instrucciones para la retracción gingival

1. Prepare el diente de la manera habitual.
2. Si sangra excesivamente, utilice un agente hemostático o astringente.
3. Seleccione el tamaño adecuado de GingiCap y siga a paso 5.
4. Para preparación de varios dientes:
Purgue el cartucho GingiTrac Matrix sin la boquilla de mezcla para asegurar que el catalizador y la base salgan igualmente mezclados, y luego acople la boquilla de mezcla. Exprima GingiTrac Matrix en una bandeja de plástico y coloque el material sobre los dientes preparados. Coloque un rollo de algodón en el lado opuesto para impedir la oclusión mandibular completa. La matriz fraguará en 30 segundos. Extraiga el material de la boca, enjuague y seque.
5. Acople la boquilla de mezcla al cartucho de GingiTrac Retracción, purgue una cantidad pequeña, luego elimínela para asegurarse de una buena mezcla del catalizador y la base.
6. Aplique el material de retracción GingiTrac mediante una jeringa directamente alrededor del margen de la preparación del diente usando la punta dispensadora que se incluye.
7. Llene el GingiCap o la matriz con el material de retracción GingiTrac y colóque sobre la preparación.
8. Pida al paciente que cierre su mandíbula con presión firme pero no excesiva. Espere de 3 a 5 minutos, dependiendo de la cantidad de sangrado o supuración, para el fraguado completo y la retracción.
9. Retire el GingiTrac fraguado. Compruebe que se haya logrado una retracción completa. Si fuera necesario, repita los pasos 7 y 8.
10. Si se necesita, enjuague y seque con suavidad los dientes preparados. Ahora ya está listo para tomar la impresión estándar.

- No utilice el GingiTrac™ como impresión final.
- Deje las boquillas de mezcla en los cartuchos hasta que las vuelva a utilizar.
- Los cartuchos requieren una pistola de mezcla DS50 4:1/10:1.
- No manipule ninguno de estos materiales con guantes de látex o de goma.

SVENSKA

BRUKSANVISNING:

GingiTrac™ Retraktionssystem

REF 360040 GingiTrac Starter Kit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Regular-Size Refill Kit
REF 360046 GingiCap Large-Size Refill Kit

Instruktion för Gingival Retraktion

1. Preparera tanden som vanligt.
2. Vid omfattande blödning skall hemostatiskt medel användas.
3. För singel tand preparation. Välj lämplig storlek på GingiCap, gå sedan vidare till punkt 5.
4. Vid preparation av flera tänder.
Tryck ut lite material ur ampullen utan blandningsspets så att lika mängd av båda komponenterna kommer ut , applicera sedan blandningsspetsen. Fyll en avtryckssked med matrix och ta ett avtryck. Använd en bomullsrulle på motsatt sida för att förhindra fullständig stängning Matrixen stannar på 30 sekunder., ta ut ur munnen skölj och torka.
5. Applicera bländningsspetsen på på GingiTrac Retraktions ampullen tryck ut en årtstor mängd material för att vara säker på en korrekt blandning spetsen.
6. Spruta GingiTrac retraktionsmaterial direkt runt prepgräns använd den lilla spetsen.
7. Fyll GingiCap eller skeden med GingiTrac retraktionsmaterial och placera åter över preparationen.
8. Låt patienten Bita ihop bestämt men inte överdrivet hårt .Vänta 3 til 5 minuter,beroende på mängden blödning eller vätskning tills materialet stannat helt och retraktion skett.
9. Ta ut skeden. Kontrollera att retraktionen är fullständig . Om så behövs upprepa punkt 7 och 8.
10. Om nödvändigt skölj och torka preparationen . Nu kan du ta ett normalt avtryck.

- Använd inte GingiTrac™ som slutligt avtryck.
- Låt bländningsmunstyckena vara kvar på kassetterna till nästa användningstillfälle.
- DS50 4:1/10:1 bländningspistol behövs till kassetterna.
- Hantera inte något av dessa material med latex- eller gummihand skar.

DANSK

BRUGSANVISNING:

GingiTrac™ Retraktionssystem

REF 360040 GingiTrac startsæt
REF 360028 GingiTrac refill-sæt
REF 360027 GingiTrac Matrix refill-sæt
REF 360045 GingiCap almindelig størrelse refill-sæt
REF 360046 GingiCap stor størrelse refill-sæt

Vejledning til gingival retraktion

1. Klargør tanden som normalt
2. Hvis det bløder meget, bruges et hemostatisk/astringerende middel.
3. For præparering af en enkelt tand: Vælg passende størrelse GingiCap, fortsæt derefter til trin 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Rens GingiTrac Matrix patronen uden blandedysen for at sikre, at både katalysatoren og basen bliver eksponeret lige meget, og monter derefter blandedysen Pres GingiTrac Matrix ned i en plastbakke, og anbring produktet over de klargjorte tænder. Brug en bomuldsrulle på den modsatte side for at forhindre, at munden lukkes. Matrix sætter sig på 30 sekunder. Fjernes fra munden. Skyl og tør.
5. Påsæt blændingsdysen på GingiTrac Retraction patronen, tryk en "ærtstor" mængde ud og kassér. Dette er for at sikre, at katalysatoren og basen bliver grundigt blandet.
6. Sprojt GingiTrac Retraction materialet direkte rundt om tandpræparatets margin ved brug af den medfølgende dispenseringsspids.
7. Fyld GingiTrac eller matrix med GingiTrac Retraction materiale og anbring det tilbage over præparatet.
8. Lad patienten lukke munden med et fast, men ikke for kraftigt pres. Vent 3 til 5 minutter for at opnå fuld sætning og retraktion, afhængigt af blødnings- eller sivningsmængden.
9. Fjern den hærdede GingiTrac. Kontrollér for fuld retraktion. Gentag trin 7 og 8 efter behov.
10. Skyl og tør eventuelt de klargjorte tænder. Du er nu klar til at tage standard aftryk.

- Brug ikke GingiTrac som det endelige aftryk.
- Lad blandedyserne være på patronerne til næste anvendelse.
- Patroner kræver DS50 4:1/10:1 blandepistol.
- Brug ikke latex- eller gummihandsker, når du håndterer disse materialer.

GingiTrac™GingiCap



GingiTrac™Matrix



CENTRIX
GingiTrac™ Matrix
Hands-Free Gingival Retraction System

centrix

Making Dentistry Easier.sm