

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

GingiTrac™ Retraction System

REF 360040 GingiTrac Starter Kit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Regular-Size Refill Kit
REF 360046 GingiCap Large-Size Refill Kit
REF 360061 GingiTrac Standard
REF 360062 GingiTrac Plus

Instructions for Gingival Retraction

1. Prepare the tooth as normal.
2. If excessive bleeding, use a hemostatic/astringent agent.
3. For Single Tooth Preparation: Select appropriate size GingiCap, then proceed to Step 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Purge the GingiTrac Matrix cartridge without the mixing nozzle to ensure that both the catalyst and base are being equally expressed, and then attach the mixing nozzle.
Express GingiTrac Matrix into a plastic tray and place over the prepared teeth. Use a cotton roll on the opposite side to prevent full closure. Matrix will set in 30 seconds.
Remove from the mouth, rinse and dry.
5. Attach the mixing nozzle to the GingiTrac Retraction cartridge, express a "pea-sized" amount and discard. This is to ensure that the catalyst and base are being mixed thoroughly.
6. Syringe the GingiTrac Retraction material directly around the tooth preparations' margin using the included dispensing tip.
7. Fill the GingiCap or matrix with GingiTrac Retraction material and place back over the preparation.
8. Have patient close with firm but not excessive pressure. Wait 3 to 5 minutes, depending on the amount of bleeding or oozing for complete set and retraction.
9. Remove the set GingiTrac. Check for complete retraction. If needed, repeat steps 7 and 8.
10. If necessary, gently rinse and dry the prepared teeth. You are now ready to take your standard impression.

- Do not use the GingiTrac™ as a final impression.
- Leave mixing nozzles on cartridges until next use.
- Cartridges require DS50 4:1/10:1 mixing gun.
- Do not handle either material with latex or rubber gloves.

NEDERLANDS

GEbruIKSAANwIJZING:

GingiTrac™ Retractiesysteem

REF 360040 GingiTrac Starterkit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Navulkit formaat Regular
REF 360046 GingiCap Navulkit formaat Large
REF 360061 GingiTrac Standard
REF 360062 GingiTrac Plus

Instructies voor gingivale retractie.

1. Prepareer de tand zoals gebruikelijk
2. Gebruik in geval van overmatig bloeden een hemostatisch/adstringerend middel.
3. Kies het juiste formaat GingiCap en ga verder met stap 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Reinig de GingiTrac Matrix cassette zonder het mengstuk om er zeker van te zijn dat zowel de base als de katalysator in dezelfde mate worden uitgeperst, en bevestig vervolgens het mengstuk.
Pers GingiTrac™ Matrix in een plastic tray en plaats hem over de geprepareerde tanden. Gebruik een wattenrol aan de tegenoverliggende kant om volledige sluiting te voorkomen. De Matrix wordt hard in 30 seconden.
5. Uiteindelijk de mond verwijderen, spoelen en drogen.
5. Bevestig het mengstuk aan de GingiTrac Retraction cartridge, spuit een zeer kleine hoeveelheid en verwijder dit. Dit garandeert een goed mengsel van de katalysator en de base.
6. Spuit het GingiTrac retriectiemateriaal door middel van de bijgeleverde doseertip direct rondom de rand van de geprepareerde tand.
7. Vul de GingiCap of de matrix met GingiTrac retriectiemateriaal en plaats deze over de preparatie.
8. Vraag de patiënt om zijn/haar mond stevig maar zonder overmatige druk te sluiten. Wacht 3 tot 5 minuten, afhankelijk van de mate van bloeding of vochtscheiding voor complete verharding en retractie.
9. Verwijder de verharde GingiTrac. Controleer op complete retractie. Herhaal zo nodig stap 7 en 8.
10. Indien nodig, de geprepareerde tanden zachtjes spoelen en drogen. U bent nu klaar om een standaardafdruk te nemen.

- Gebruik de GingiTrac™ niet als definitieve afdruk.
- Laat mengstukken op de cassettes tot u ze de volgende keer gebruikt.
- Cassettes vereisen DS50 4:1/10:1 mengpistool.
- materialen niet met latex of rubber handschoe nen.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI :

GingiTrac™ Système de Rétraction

REF 360040 GingiTrac starterkit
REF 360028 GingiTrac Refill Kit
REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit
REF 360045 GingiCap Trousse de recharge Regular
REF 360046 GingiCap Trousse de recharge Large
REF 360061 GingiTrac Standard
REF 360062 GingiTrac Plus

Instructions pour la rétraction gingivale

1. Préparer la dent de la manière habituelle.
2. En cas de saignement excessif, utiliser un agent hémostatique-astringent.
3. Sélectionner la taille correcte de GingiCap et passer à l'étape 5.
4. For Multiple Teeth Preparation:
Purger la cartouche GingiTrac™ Matrix sans l'embout mélangeur pour vérifier que le catalyseur et la base sont exprimés en quantités égales, puis fixer l'embout mélangeur.
Exprimer GingiTrac™ Matrix dans un plateau en plastique et placer sur les dents préparées. Utiliser un rouleau de coton sur le côté opposé pour empêcher la fermeture complète. La matrice durcit en 30 secondes. Retirer de la bouche, rincer et sécher.
5. Attacher l'embout mélangeur à la cartouche de GingiTrac Rétraction, exprimer une très petite quantité et enlever pour garantir un bon mélange du catalyseur et la base.
7. Remplir le GingiCap ou la matrice avec matériau de GingiTrac Rétraction et placer sur la dent/les dents préparée(s).
8. Demander au patient de refermer la bouche avec une pression ferme mais non excessive. Attendre 3 à 5 minutes pour une rétraction et un durcissement complets, en fonction du saignement ou du suintement.
9. Retirer le GingiTrac™ durci. Vérifier la rétraction complète. Au besoin, répéter les étapes 7 et 8.
10. Au besoin, rincer et sécher délicatement les dents préparées. Une empreinte standard peut maintenant être réalisée.

- Ne pas utiliser GingiTrac™ comme empreinte finale.
- Laisser les embouts mélangeurs sur les cartouches jusqu'à la prochaine utilisation.
- Les cartouches nécessitent un pistolet mélangeur DS50 4:1/10:1.
- Ne pas manipuler les matériaux avec des gants en latex ou en caoutchouc.

DEUTSCH

GEBRUCHSANLEITUNG:

GingiTrac™ Retraktions-System

Art. Nr. 360040 GingiTrac Starterpack Plus
Art. Nr. 360027 GingiTrac Matrix Nachfüllpackung
Art. Nr. 360028 GingiTrac Matrix Nachfüllpackung
Art. Nr. 360045 GingiCap Nachfüllpackung, normal
Art. Nr. 360046 GingiCap Nachfüllpackung, groß
Art. Nr. 360061 GingiTrac Standard
Art. Nr. 360062 GingiTrac Plus

Anleitung für Gingiva-Retraktion:

1. Zahn wie gewohnt vorbereiten.
2. Bei starkem Bluten blutstillendes Mittel auftragen.
3. Retraktion am Einzelzahn: Gingicap in passender Größe auswählen, dann weiter mit Schritt 5.
4. Retraktion an mehreren Zähnen:
Geringe Materialmenge ohne Mischdüse aus der GingiTrac Matrix Kartusche ausdrücken, damit Katalysator und Base gleichmäßig fließen, dann Mischdüse aufsetzen.GingiTrac Matrix auf festen Abformlöffel geben und auf die vorbereiteten Zähne legen. Watterolle auf gegenüberliegende Seite legen, um vollständiges Schließen zu verhindern. Matrix bindet in 30 Sekunden ab. Aus dem Mund nehmen, abspülen und trocknen.
5. Mischdüse auf GingiTrac Retraktions-Kartusche aufsetzen, geringe Materialmenge ausdrücken, damit Katalysator und Base gleichmäßig fließen, ausgedrücktes Material entsorgen.
6. Mitgelieferten Applikationstip auf die Mischdüse aufsetzen. Das GingiTrac Retraktionsmaterial mit der Kartusche direkt auf den Gingivasaum/Rand der Präparation auftragen.
7. Gingicap bzw. Matrix mit Gingitrac Retraktionsmaterial befüllen und auf vorbereiteten Zahn/Zähne legen.
8. Den Patienten nun zubeißen lassen (nicht zu fest!) und (je nach Blutung) etwa 3 bis 5 Minuten warten bis vollständig abgebunden und Retraktion erreicht ist.
9. Das abgebundene GingiTrac Retraktionsmaterial entfernen. Auf vollständige Retraktion überprüfen. Falls erforderlich, können Schritte 7. und 8. wiederholt werden.
10. Der vorbereitete Zahn kann leicht abgespült und getrocknet werden. Die Abformung kann nun beginnen.

- GingiTrac™ ist nicht als Abdruckmaterial geeignet
- Mischdüse bis zum nächsten Einsatz auf der Kartusche lassen
- Für die Kartuschen ist eine Automischpistole DS50 (4:1/10:1) erforderlich
- Beim Verarbeiten von GingiTrac™ keine Gummi oder Latex-handschuhe benutzen

GingiTrac™ RETRACTION MATERIAL MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECTION I - Product/ Company Identification

Product Trade Name: GingiTrac™

Part (Item) Number: REF 360040, REF 360027, REF 360028, REF 360045, REF 360046, REF 360061, REF 360062

Manufacturer: CENTRIX INC

Address: 770 RIVER ROAD, SHELTON, CT 06484

Emergency Telephone Number: Toll-Free (800)235-5862, (203)929-5582

SECTION II - Hazardous Ingredients/Identity Information

Chemical Family: Condensation Silicone

Hazardous Components: Contains silicic acid esters and dibutyltin dilaurate

SECTION III - Hazards Identification

HAZARD CLASSIFICATION: Irritant

SECTION IV - First Aid Measures

Skin: Wash with plenty of water and soap.

Ingestion: Consult a physician.

Inhalation: If affected, remove to fresh air.

Eyes: Flush immediately with plenty of water. If irritation persists, see eye doctor.

SECTION V - Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media: Waterspray, foam, powder, carbon dioxide

Unusual fire and explosion hazards: Material can burn generating irritating gases

Specific intervention methods: Appropriate protective equipment must be worn in case of fire

SECTION VI - Accidental Release Measures

Recovery: Contain and absorb spilled material using an appropriate spill absorbent. Collect in a suitable container for disposal.Cleaning/Decontamination: Wipe up any affected area with absorbent material. Disposal: Dispose of material in accordance with local, state, and federal requirements.

SECTION VII - Handling and Storage

Handling: Does not require specific technical measures. Note that handling with latex or rubber gloves may inhibit set. Use vinyl gloves. Air sensitive material; keep container tightly closed when not in use.

Storage Containers: Store in supplied packaging (keep container tightly closed)

Storage Incompatibilities: Strong oxidizing agents

Storage Other precautions: Store away from heat sources. Temperature will affect set time.

SECTION VIII - Exposure Controls / Personal Protection

Eye protection: Eye protection recommended

Hands protection: Impervious gloves are recommended

Other equipment: None required

SECTION IX - Physical and Chemical Properties

Appearance: Green base/white catalyst

Vapor pressure:< 5 mm Hg @ 25 C Odor: Slight sweet odor

Water solubility: Insoluble in water Boiling point: >150°C Specific gravity:> 1

Flash point: >300°F (material will ash) Volatile part by weight: 30 percent

SECTION X - Stability and Reactivity

Stability: Stable

Materials to avoid: No dangerous reactions known

Hazardous decomposition products: Silicic acid esters may hydrolyze to form 2-methoxyethanol which can pose additional health hazards

SECTION XI - Toxicological Information

Acute toxicity: Non-toxic

Eye contact: Eye irritant

SECTION XII - Ecological Information

Environmental fate: No data available

Degradability: Non-biodegradable

Ecotoxicity/Impact on aquatic environment: No data available. No affect anticipated.

SECTION XIII - Disposal Considerations

Dispose in accordance with federal, state and local regulations

SECTION XIV - Transport Information

DOT- not regulated

SECTION XV - Regulatory Information

Federal - SARA title III section 313: This product does not contain any substance subject to reporting requirements at or above deminimis quantities. Federal - TSCA: All components are either listed or otherwise comply with requirements

International - DSL (Canada): All ingredients are listed on the Canadian Domestic Substance List

(DSL)International - WHMIS (Canada): Not a "controlled product" under the Canadian Workplace Hazardous

Materials Information System- (WHMIS)

SECTION XVI - Other Information

None.

CAUTION: PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or

using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.



CENTRIX GingiTrac™ Retraction Material

Hands-Free Gingival Retraction System

Centrix Incorporated
770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
Tel (203) 929-5582 Toll Free (800) 235-5862
Fax (203) 929-6804

Centrix Europe
Hauptstrasse: 64 B, 65719 Hothheim, Germany

centrix
Making Dentistry Easier.™

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

GingiTrac™ Sistema per la Retrazione Gengivale

REF 360040 Kit per iniziare GingiTrac™

REF 360028 Kit ricarica GingiTrac™

REF 360027 Kit ricarica GingiTrac™ Matrix

REF 360045 Kit ricarica dimensioni regolari GingiCap

REF 360046 Kit ricarica dimensioni grandi GingiCap

REF 360061 GingiTrac Standard

REF 360062 GingiTrac Plus

Istruzioni per la retrazione gengivale

1. Preparare i denti seguendo le tecniche convenzionali.

2. In caso di eccessivo sanguinamento applicare un emostatico o astringente.

3. Per la preparazione di un singolo dente: selezionare il GingiCap di misura appropriata e procedere all'operazione 5.

4. For Multiple Teeth Preparation:

Spurgare la cartuccia del GingiTrac Matrix senza il puntale di miscelazione per garantire che catalizzatore e base vengano spremuti in misura uguale, quindi collegare il puntale di miscelazione.

Spremere la GingiTrac Matrix su un vassoio in plastica e appoggiarla sui denti preparati. Posizionare un dischetto di cotone sul lato opposto per evitare l'occlusione completa. La matrice si indurisce in 30 secondi. Rimuovere, risciacquare e asciugare.

Fissare il puntale di miscelazione alla cartuccia per retrazione GingiTrac, spremere un quantit  di prodotto (grande come un pisello) ed eliminarla. Questo assicura che il catalista e la base vengano miscelati accuratamente.

5. Erogare con la siringa il materiale per retrazione GingiTrac direttamente attorno al margine delle preparazioni dei denti usando la punta di erogazione in dotazione.

6. Riempire il GingiCap o la matrice di materiale per retrazione GingiTrac e riposizionare sopra la preparazione.

7. Invitare il paziente a chiudere con una pressione decisa ma non eccessiva.

8. Attendere dai 3 ai 5 minuti, a seconda dell'entit  del sanguinamento o dell'essudazione, affin  che l'indurimento e la retrazione siano completi.

9. Rimuovere il GingiTrac™ indurito. Verificare la completa retrazione. Se necessario, ripetere le operazioni 7 e 8.

10. In caso di necessit , risciacquare e asciugare delicatamente i denti preparati. A questo punto   possibile prendere l'impronta standard.

- **Non utilizzare il GingiTrac per la presa di impronte definitive.**
- **Lasciare i puntali di miscelazione sulle cartucce fino al successivo utilizzo.**
- **Le cartucce richiedono l'impiego di una pistola di miscelazione DS50 4:1/10:1.**
- **Non manipolare i materiali con guanti in lattice o in gomma.**

PORTUGUESE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

GingiTrac™ Sistema de Retrac o

REF 360040 Kit de Inicia o GingiTrac™

REF 360028 Kit de Reabastecimento GingiTrac™

REF 360027 Kit de Reabastecimento GingiTrac™ Matrix

REF 360045 Kit de Reabastecimento GingiCap, tamanho m dio

REF 360046 Kit de Reabastecimento GingiCap, tamanho grande

REF 360061 GingiTrac Standard

REF 360062 GingiTrac Plus

Instru es para retrac o gengival

1. Prepare o dente de acordo com as t cnicas habituais

2. Se ocorrer um sangramento excessivo, use um agente hemost tico ou adstringente

3. Para prepara o de um  nico dente: Selecione o GingiCap do tamanho apropriado e, em seguida, prossiga para o passo 5.

4. For Multiple Teeth Preparation:

Purgue o cartucho GingiTrac Matrix sem o bocal misturador para se certificar de que o agente catal tico e a base s o misturados em quantidades iguais e, seguidamente, adapte o bocal misturador. Esprema GingiTrac Matrix para um tabuleiro de pl stico e coloque o produto sobre os dentes preparados. Posicione um rolo de algod o no lado oposto para evitar o encerramento completo das mand bulas. O produto Matrix endurecer  em 30 segundos. Retire da boca, enxague e seque.

5. Adapte o bocal misturador ao cartucho GingiTrac Retraction, esprema uma pequena quantidade (do tamanho de uma ervilha) e deite fora. Este procedimento serve para garantir que o agente catal tico e a base s o devidamente misturados.

6. Coloque o material GingiTrac Retraction com uma seringa directamente   volta da margem de prepara o do dente, usando a ponta de dispensa o inclu da.

7. Encha o GingiCap ou matriz com material GingiTrac Retraction e coloque novamente sobre a prepara o.

8. Pe a ao paciente para fechar as mand bulas com uma press o firme mas n o excessiva. Aguarde 3 a 5 minutos, dependendo da quantidade de sangramento ou exsuda o, para um endurecimento completo e retrac o.

9. Retire o GingiTrac endurecido. Confirme a retrac o completa. Se necess rio, repita os passos 7 e 8.

10. Se necess rio, irrigue e seque suavemente os dentes preparados. Neste momento est  pronto a fazer o molde padr o.

- **N o utilize GingiTrac como molde final.**
- **Mantenha os bocais misturadores nos cartuchos at    pr xima utiliza o.**
- **Os cartuchos requerem uma pistola misturadora DS50 4:1/10:1.**
- **N o manuseie nenhum material com luvas de borracha ou l tex.**

ESPA OL

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE:

GingiTrac™ Sistema de Retraci n

REF 360040 GingiTrac starterkit

REF 360028 Kit de Repuesto GingiTrac™

REF 360027 Kit de Repuesto GingiTrac™ Matrix

REF 360045 GingiCap Kit de Repuesto Regular

REF 360046 GingiCap Kit de Repuesto Grande

REF 360061 GingiTrac Standard

REF 360062 GingiTrac Plus

Instrucciones para la retracci n gingival

1. Prepare el diente de la manera habitual.

2. Si sangra excesivamente, utilice un agente hemost tico o astringente.

3. Seleccione el tama o adecuado de GingiCap y siga a paso 5.

4. Para preparaci n de varios dientes:

Purgue el cartucho GingiTrac Matrix sin la boquilla de mezcla para asegurar que el catalizador y la base salgan igualmente mezclados, y luego acople la boquilla de mezcla. Exprima GingiTrac Matrix en una bandeja de pl stico y coloque el material sobre los dientes preparados. Coloque un rollo de algod n en el lado opuesto para impedir la oclusi n mandibular completa. La matriz fraguar  en 30 segundos. Extraiga el material de la boca, enjuague y seque.

5. Acople la boquilla de mezcla al cartucho de GingiTrac Retraci n, purgue una cantidad peque a, luego elim nela para asegurarse de una buena mezcla del catalizador y la base.

6. Aplique el material de retracci n GingiTrac mediante una jeringa directamente alrededor del margen de la preparaci n del diente usando la punta dispensadora que se incluye.

7. Llene el GingiCap o la matriz con el material de retracci n GingiTrac y col que sobre la preparaci n.

8. Pida al paciente que cierre su mand bula con presi n firme pero no excesiva. Espere de 3 a 5 minutos, dependiendo de la cantidad de sangrado o supuraci n, para el fraguado completo y la retracci n.

9. Retire el GingiTrac fraguado. Compruebe que se haya logrado una retracci n completa. Si fuera necesario, repita los pasos 7 y 8.

10. Si se necesita, enjuague y seque con suavidad los dientes preparados. Ahora ya est  listo para tomar la impresi n est ndar.

- **No utilice el GingiTrac™ como impresi n final.**
- **Deje las boquillas de mezcla en los cartuchos hasta que las vuelva a utilizar.**
- **Los cartuchos requieren una pistola de mezcla DS50 4:1/10:1.**
- **No manipule ninguno de estos materiales con guantes de l tex o de goma.**

SVENSKA

BRUKSANVISNING:

GingiTrac™ Retraktionssystem

REF 360040 GingiTrac Starter Kit

REF 360028 GingiTrac Refill Kit

REF 360027 GingiTrac Matrix Refill Kit

REF 360045 GingiCap Regular-Size Refill Kit

REF 360046 GingiCap Large-Size Refill Kit

REF 360061 GingiTrac Standard

REF 360062 GingiTrac Plus

Instruktion f r Gingival Retraktion

1. Preparera tanden som vanligt.

2. Vid omfattande bl dning skall hemostatiskt medel anv ndas.

3. F r singel tand preparation. V lj l mplig storlek p  GingiCap, g  sedan vidare till punkt 5.

4. Vid preparation av flera t nder.

Tryck ut lite material ur ampullen utan blandningsspets s  att lika m ngd av b da komponenterna kommer ut , applicera sedan blandningsspetsen. Fyll en avtryckssked med matrix och ta ett avtryck, Anv nd en bomullsrulle p  motsatt sida f r att f rhindra fullst ndig st ngning Matrixen st nar p  30 sekunder., ta ut ur munnen sk lj och torka.

5. Applicera bl dningsspetsen p  p  GingiTrac Retraktions ampullen tryck ut en  rtstor m ngd material f r att vara s ker p  en korrekt blandning spetsen.

6. Spruta GingiTrac retraktionsmaterial direkt runt prepgr ns anv nd den lilla spetsen.

7. Fyll GingiCap eller skeden med GingiTrac retraktionsmaterial och placera  ter  ver preparationen.

8. L t patienten Bita ihop best mt men inte  verdrivet h rt .V nta 3 till 5 minuter,beroende p  m ngden bl dning eller v tskning tills materialet st nalt helt och retraktion skett.

9. Ta ut skeden. Kontrollera att retraktionen  r fullst ndig. Om s  beh vs upprepa punkt 7 och 8.

10. Om n dv ndigt sk lj och torka preparationen . Nu kan du ta ett normalt avtryck.

- **Anv nd inte GingiTrac™ som slutligt avtryck.**
- **L t bl dningsmunstyckena vara kvar p  kassetterna till n sta anv ndningstillf lle.**
- **DS50 4:1/10:1 blandningspistol beh vs till kassetterna.**
- **Hantera inte n got av dessa material med latex- eller gummihand skar.**

DANSK

BRUGSANVISNING:

GingiTrac™ Retraktionssystem

REF 360040 GingiTrac start s t

REF 360028 GingiTrac refill-s et

REF 360027 GingiTrac Matrix refill-s et

REF 360045 GingiCap almindelig st rrelse refill-s et

REF 360046 GingiCap stor st rrelse refill-s et

REF 360061 GingiTrac Standard

REF 360062 GingiTrac Plus

Vejledning til gingival retraktion

1. Klarg r tanden som normalt

2. Hvis det bl der meget, bruges et h mostatisk/astringerende middel.

3. For pr parering af en enkelt tand: V lg passende st rrelse

GingiCap, forts t derefter til trin 5.

4. For Multiple Teeth Preparation:

Rens GingiTrac Matrix patronen uden blandedysen for at sikre, at b de katalysatoren og basen bliver eksponeret lige meget, og monter derefter blandedysen Pres GingiTrac Matrix ned i en plastbakke, og anbring produktet over de klargjorte t nder. Brug en bomuldsrulle p  den modsatte side for at forhindre, at munden lukkes. Matrix s tter sig p  30 sekunder.

Fjern fra munden. Skyl og t r.

5. P s t blandingdysen p  GingiTrac Retraction patronen, tryk en " rtestor" m ngde ud og kass r. Dette er for at sikre, at katalysatoren og basen bliver grundigt blandet.

6. Sprojt GingiTrac Retraction materialet direkte rundt om tandpr paratets margin ved brug af den medf lgende dispenseringspids.

7. Fyld GingiTrac eller matrix med GingiTrac Retraction materiale og anbring det tilbage over pr paratet.

8. Lad patienten lukke munden med et fast, men ikke for kraftigt pres. Vent 3 til 5 minutter for at opn  fuld s tning og retraktion, afh ngigt af bl dnings- eller sivningsm ngden.

9. Fjern den h rdede GingiTrac. Kontroll r for fuld retraktion. Gentag trin 7 og 8 efter behov.

10. Skyl og t r eventuelt de klargjorte t nder. Du er nu klar til at tage standard aftryk.

- **Brug ikke GingiTrac som det endelige aftryk.**
- **Lad blandedyserne v re p  patronerne til n ste anvendelse.**
- **Patroner kr ver DS50 4:1/10:1 blandepistol.**
- **Brug ikke latex- eller gummihandsker, n r du h ndterer disse materialer.**

GingiTrac™GingiCap



GingiTrac™Matrix



CENTRIX GingiTrac™ Retraction Material

Hands-Free Gingival Retraction System

centrix

Making Dentistry Easier.™